

TESTKON PERİYODİK MUAYENE & ÖLÇÜM HİZMETLERİ	TESTKON PERİYODİK MUAYENE TEST ANALİZ VE MÜH. HİZ. LTD. ŞTİ. Adres: Emrez Mh. 174 Sk. No:18/A Kat:2 Gaziemir / İZMİR GSM: +90 551 878 62 56 e-Posta: bilgi@testkon.com Web: www.testkon.com	Doküman Kodu : KON.OTK00 Yayın Tarihi : 18.08.2025 Revizyon No: 00 Revizyon Tarihi : 18.08.2025
Otoklav Periyodik Kontrol Raporu		
1.FİRMA BİLGİLERİ		
Firma Adı		Periyodik Kontrol Başlangıç Tarihi ve Saati
Periyodik Kontrol Adresi		Periyodik Kontrol Bitiş Tarihi ve Saati
Telefon Numarası		Bir Sonraki Periyodik Kontrol Tarihi
E-posta		Takip Kontrolü Tarihi
Sgk Sicil No		Sözleşme ID
Periyodik Kontrol Metodu	İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği TS EN 285+A1, TS EN 13060+A1	Rapor Tarihi
2. EKİPMAN BİLGİLERİ		
2-1. ETİKET BİLGİLERİ		
Markası	Tipi	Kapasitesi
Seri No	Manometre / Adedi	Kullanım Yeri
2-2. TESPİT EDİLEN BİLGİLER		
Vakum Sağlayıcı	Emniyet ventili açma basıncı (bar)	Basınç ayar otomatığı (Protestat)
Basınç Sağlayıcı	Alarm aygıtı	Termometre
İşletme basıncı (bar)	Otoklav Kullanım Amacı	
3. TEST DEĞERLERİ		
Test Tarihi	Hidrostatik Test	3 bar Emniyet Valfi Testi
2,2 bar		
4. ÖLÇÜM ALETİ BİLGİLERİ		
Kullanılan Cihazlar	Manometre Seri No	MN 03 Hidrostatik Test Pompası
HP 1		
5. KONTROL KRİTERLERİ VE TESTLER		
Uyarı ve kullanma talimatları var mı?	Uygun	Yalıtım durumu
Manometre çalışıyor ve uygun mu?	Uygun	Paslanma ve korozyon durumu uygun mu?
Emniyet valfleri (ventilleri) genel durumu	Uygun	Sıcaklık sınırlaması (termostat)
Kapaklar ve kapak contaları	Uygun	Termometre çalışıyor ve uygun mu?
Blöf vanası durumu	Uygun	Zamanlayıcı kontrolü durumu
Basınç ayarı uygun mu?	Uygun	Jeneratör basınç kontrolü durumu
Elektrik teçhizatları ve tertibatlar	Uygun	Buhar sızdırmazlığı ve basınç dayanıklılığı uygun mu?
TEST		TEST
Hidrostatik Test	Uygun	Emniyet Valfi / Valfleri testi
6. KUSUR AÇIKLAMALARI		
7. NOTLAR		
8. SONUÇ VE KANAAT		
Yukarıda teknik özellikleri belirtilen Otoklav'ın mevcut şartlar altında bir sonraki kontrol tarihine kadar kullanılması uygundur . Bu rapor Otoklav'ın kontrol anındaki durumunu göstermektedir. Kontrolden sonra ekipmanda yapılacak değişiklikler ya da arızalardan kontrolü yapan firma ve personel sorumlu değildir.		
9. ONAY		
Muayene Personel Adı Soyadı	Mesleği	Oda Sicil No
Ozan Emre AĞBAŞ	Makine Mühendisi	120685
Diploma No/Tarih/Bakanlık Kayıt No		İmza
2017/228158/115/ 27.06.2018/ K-202334069		

Bu rapor ... tesisinde tarihinde yapılan muayeneler için geçerli olup, **TESTKON PERİYODİK MUAYENE HİZMETLERİ**'nin yazılı onayı olmadan kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Deney sonuçları, ölçüm sırasındaki proses şartlarını kapsar.

BU BELGE 5070 SAYILI İMZA KANUNU KAPSAMINDA E-İMZA İLE İMZALANMIŞTIR.

RAPOR KODU: TEK-...-OTK01